


JCSS
0064

は計量法に基づく校正事業者認定制度のロゴマークです。
当機構師勝試験所は長さ・温度・質量・密度区分の認定事業で、
0064 は認定番号です。

JCSS ロゴ入り校正証明書の対象となる計測器

密度 NEW

密度浮ひょう (0.600 ~ 2.000 g / cm³)
比重浮ひょう (0.600 ~ 2.000)
酒精度浮ひょう (0 ~ 100vol%) など



温度

ガラス製温度計 (- 50 ~ 350)



質量

分銅 (1 mg ~ 500 kg 協定質量の校正)
分銅 (20 g ~ 10 kg 真の質量の校正)
おもり (1 g ~ 500 kg 協定質量の校正)

力

ループ (引張 50N ~ 100kN 圧縮 50N ~ 2MN)
ロードセル (引張 50N ~ 100kN 圧縮 50N ~ 2MN)
ボックス (圧縮 2MN まで)

長さ

ブロックゲージ、直尺、巻尺

その他の主な校正品目

圧力 (JCSS 準備中)

重錘型圧力計
液柱型圧力計
圧力キャリブレータ
デジタル圧力計
ブル井管圧力計など



温度 (JCSS 準備中)

白金測温抵抗体
デジタル温度計 (A2LA校正が可能)
熱電対など

長さ (JCSS 準備中)

段差ゲージ (A2LA校正が可能)
ダイヤルゲージテスタ
ノギス (A2LA校正が可能)
マイクロメータ (A2LA校正が可能)
ダイヤルゲージ (A2LA校正が可能) など

財団法人 日本品質保証機構

中部試験センター 師勝試験所 計量計測課

Tel: 0568 - 23 - 0023 Fax: 0568 - 23 - 0116
e-mail : chubu - cstm@jqa.jp

愛知県西春日井郡師勝町大字薬師寺字山浦 53 - 1